

Sprawozdanie z badań Nr: P/0/03/2024/445/F/4

Zlecaniodawca: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; 62-800 Kalisz, ul. Św. Józefa 5

Zlecenie Nr: P/0/03/2024/445

- A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
NA - metodyka nieakredytowana
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
N/P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:		Ścieki							
Punkt pobrania/GPS:		Żelbetonowy zbiornik na odcieki przy kwaterze nr 1					Data*: 13 maja 2024		
Adres pobrania:		62-834 Ceków, Orli Staw 2							
Miejsce pobrania:		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"							
Pochodzenie ścieków:		Odciekowe							
Rodzaj ścieków:		Surowe							
Metoda pobrania:		Jednorazowa							
Godzina rozpoczęcia pobierania:		08:45:00							
Godzina zakończenia pobierania:		08:45:00							
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-10:2021-11							Pobierający:	Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2869	
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.									
Numer próbki: 12493/05/24		Ocena próbki: bez zastrzeżeń		Data rozpoczęcia badań: 13-05-2024		Data zakończenia badań: 17-05-2024			
Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg		Wymagania	Wynik	Np.**	N
PS	Objętość odcieku	m3	NA	IW-02/P wyd. 1 z dnia 12.01.2022			400		
Punkt pobrania/GPS:		Ziemny zbiornik na odcieki przy kwaterze nr 2					Data*: 13 maja 2024		
Adres pobrania:		62-834 Ceków, Orli Staw 2							
Miejsce pobrania:		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"							
Pochodzenie ścieków:		Odciekowe							
Rodzaj ścieków:		Surowe							
Metoda pobrania:		Jednorazowa							
Godzina rozpoczęcia pobierania:		08:38:00							
Godzina zakończenia pobierania:		08:38:00							
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-10:2021-11							Pobierający:	Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2869	
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.									
Numer próbki: 12494/05/24		Ocena próbki: bez zastrzeżeń		Data rozpoczęcia badań: 13-05-2024		Data zakończenia badań: 17-05-2024			
Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg		Wymagania	Wynik	Np.**	N
PS	Objętość odcieku	m3	NA	IW-02/P wyd. 1 z dnia 12.01.2022			150		

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA Polska próbki jest datą: poboru (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez klienta).

Np.** - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach.

Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta. Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 będzie realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, L - Lublin, M - Mysłowice, P - Poznań, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.


Uwagi:

Nie wykonano obliczeń emisji oraz strumienia objętości gazów dla próbki nr 12498/05/24 – brak możliwości technicznych wykonania pomiaru temperatury, wilgotności i prędkości przepływu gazu w punkcie pomiarowym. Gaz ujmowany i odprowadzany do gospodarczego wykorzystania.

Pomiar na króćcu o średnicy 5mm.

Zużycie gazu wg wskazań licznika: 111,3 m3/h.

Emisja tlenu: nie obliczono – składowisko nie jest źródłem powstawania tlenu i jego emisji

Sporządzono dnia: 23-05-2024	Autoryzował wynik: Pracownik GBA POLSKA nr: 2120	Autoryzował raport: Kierownik BOK ds. Środowiska Pracownik GBA POLSKA nr: 2094	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.		Koniec Sprawozdania	
		Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m	